

## Déclaration de Conformité

### Directives couvertes par cette Déclaration :

2014/30/EU    Compatibilité électromagnétiques

Déclare que le(s) produit(s) :    **Elcometer 500 Jauge d'Épaisseur de Revêtements – Modèle B**

Référence(s) :    **A500C-B**

Option(s) produit :    **T500-C1, T500-C2**

La présente Déclaration de Conformité est établie sous la seule responsabilité d'Elcometer Limited. Les produits identifiés ci-dessus sont conformes aux exigences de la Directive UE sus mentionnée car ils sont conformes aux normes suivantes :

<b>EN 61326-1:2013</b> <b>IEC 61326-1:2012</b> <b>Classe B<sup>1</sup>, Groupe 1<sup>2</sup> ISM</b>	Equipement électrique de mesure, contrôle et laboratoire - exigences EMC. Partie 1 Exigences générales
--	---

<sup>1</sup> Les produits de Classe B peuvent être utilisés dans les établissements domestiques et dans les établissements directement reliés à un réseau basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.

<sup>2</sup> Produit ISM de Groupe 1 : produit dans lequel on génère et/ou utilise intentionnellement l'énergie radioélectrique nécessaire au fonctionnement interne de l'équipement lui-même.



Signed:

M. C. Sellars

Manchester, Royaume-Uni

Date : 8 novembre 2016

Autorité : Directeur Général