

塗装する表面の準備 - 粗さ(形状)

Elcometer 129 Rubert & Rugotest Surface Comparators

Elcometer 129粗さ基準片には、次の2つのモデルがあります。

- Elcometer 129 Rubert : グリットブラスト加工用とショットブラスト加工用の2種類
- Elcometer 129 Rugotest : 1枚でショットブラスト加工とグリットブラスト加工の両用

粗さは、「区分」と「平均の粗さ」の両方でわかりやすく示されます。単位は、メートル単位です。

- 基準片1枚で6つの粗さの値と比較可能



適合規格:
AS 3894.5

仕様

コード番号	説明	粗さの値
E129----1	Elcometer 129/1 Rubertグリットブラスト加工粗さ基準片	0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 μ m
E129----2	Elcometer 129/2 Rubertショットブラスト加工粗さ基準片	0.4、0.8、1.6、3.2、6.3、12.5 μ m
E129----3	Elcometer 129/3 Rugotestショットおよびグリッドブラスト加工粗さ基準片	N6、N7、N8、N9、N10、N11がそれぞれ粗さの平均値0.8、1.6、3.2、6.3、12.5、25 μ mに対応